

LECHPOL ELECTRONIC S.R.L.
Resita, B-dul Republicii 5, ap.4
Caras-Severin
J11/1142/2007
RO22976532
Tel. 0359/453700

**DECLARATIE
DE
CONFORMITATE**

Noi, S.C. LECHPOL ELECTRONIC S.R.L., cu sediul in Resita, judetul Caras-Severin, B-dul Republicii 5, ap. 4, cu Certificat de inregistrare nr. J11/1142/2007, RO22976532, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsul:

PULSOXIMETRU DEGET PX50TEESA (cod produs TSA8070)

la care se refera aceasta declaratie respecta cerintele esentiale si alte dispozitii pertinente ale directivelor 9342/EEC – cod CE0123 si ROHS2011/65/EU

Declarația de conformitate în original poate fi vizualizată la adresa:

<https://www.lechpol.eu/sites/default/files/produkty/tsa8070/cert-tsa8070.pdf>

LECHPOL ELECTRONIC SRL

Sintandrei,
21 nov. 2020



DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Producent: LECHPOL ELECTRONICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
08-400 Garwolin, Miętne ul.Garwolińska 1

Wyrób: Pulsoksymetr napalcowy
Marka: TEESA
Model: TSA8071 (BM100D) , TSA8070 (BM1000C)

Opisany powyżej wyrób jest zgodny z następującymi dyrektywami
Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami, które dotyczą:

1. Dyrektywa 93/42/EEC - kod CE0123 (TUV)

standard ; EN ISO 13485:2016

klasa produktu IIb (średnie / wysokie)

2. ROHS 2011/65/EU

3. EMC

IEC 60601-1-2:2014
ISO 80601-2-61:2011

Firma LECHPOL ELECTRONICS oświadcza, że niniejsza deklaracja została wydana na jej wyłączną odpowiedzialność

Miętne, dnia 21.11.2020r.


Jacek Paweł
Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie, ul. Garwolińska 1